



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 31 de março de 2023.

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 029/2023

Prezados Senhores,

Tendo em vista, e-mail enviado a esse Departamento, pela empresa **Konimagem Comercial Ltda.**, solicitando esclarecimentos sobre o edital, temos a informar o que segue:

PERGUNTA

Ao verificar as condições para participação no presente certame, constatou-se a seguinte descrição do produto a ser ofertado pelas licitantes: "Potência mínima de 6 kW...".

Ocorre que existem no mercado Brasileiros diversas empresas que possuem geradores menores, que produzem energia (RAIO-X) com igual ou melhor faixa dinâmica e consomem menos energia e tem Potência Nominal de 5 KW. Este descritivo direciona o produto a um determinado fabricante em detrimento de outros que poderiam participar e possuem geradores de 5 KW. Esta diferença de 1 KW, mantendo-se a faixa de 20-40KV e mAs entre 1 e 630 mAs, não ocasiona prejuízo a funcionalidade, pelo contrário, o consumo de energia é menor com geradores de 5KW.


Podemos entender que nosso produto (com catálogo anexo) com um gerador de 5KW atende o edital, pois atende os parâmetros de energia e tubo sendo melhor em consumo de energia?

RESPOSTA

Sim, o produto atenderá ao edital.

Na certeza de termos prestado o esclarecimento solicitado, cujo teor deu-se conhecimento aos demais interessados, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Ricardo Cordeiro Custódio
Pregoeiro