



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco - CEP. 19.700-000 - Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO
1	3	UN	<p>CADEIRA ODONTOLOGICA</p> <p>Características mínimas: Cadeira para a acomodação do paciente durante o tratamento odontológico, ambidestra (pode ser utilizada por destros e canhotos. Deve produzir baixo nível de ruído e pedal de comando multifuncional, fixo na base ou móvel, comando no pedal do refletor, movimentação do encosto, volta a zero e posições de trabalho programáveis pelo profissional. Design com linhas arredondadas. Encosto curvo, proporciona ergonomia e melhor acesso as áreas de trabalho.</p> <p>Estrutura construída em material resistente, com tratamento anticorrosivo, proporcionando maior segurança resistência e durabilidade. Base antiderrapante, com excelente estabilidade, não necessita ser fixada ao piso, mas caso se deseje existem furos para esta finalidade.</p> <p>Caixa de ligação integrada, estofamento com apoio lombar, atóxico e antichamas, apoio dos braços com acabamento arredondado, encosto de cabeça anatômico, removível, com regulagem anterior, posterior e longitudinal.</p> <p>Deve possuir protetor plástico para a região dos pés e dispositivo de segurança anti-esmagamento de membros inferiores.</p>
2	5	UN	<p>APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLOGICO COL MOVEL</p> <p>Aparelho para tomadas radiográficas odontológicas periapicais e oclusais, com base e coluna móvel, sobre rodízios, que proporciona estabilidade e maior aproximação ao paciente e também o uso em mais de uma sala clínica, dotado de temporizador, braço pantográfico para bom alcance, Tubo ou ampola com ponto focal de 0.8 x 0.8 mm, filtração com dispositivo de alumínio e direcionador cilíndrico em material resistente, disparador manual à 5 metros de distância.</p> <p>Tensão nominal de 127/220v, corrente nominal durante emissão 6 a 10 mA e tensão de 60 a 70 Kvp</p>
3	10	UN	<p>APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS</p> <p>Leve anatômico, pode ser colocado no equipo. Com fonte 110/220V e fio branco de 2 metros, Micro processado com softt-start (partida lenta), Potência de 100 mW/cm², Bip sonoro a cada 10 segundos com desligamento automático dos leds aos 60' ou pelo controle no botão liga e desliga. Luz emitida por diodo emissor de luz (LED) com comprimento de onda de 470 nm. Luz fria com espectro luminoso azul. Compatível com todas resinas disponíveis no mercado. Fibra óptica turbo inquebrável transparente (cristal) nacional com giro livre de 360° sob a peça de mão. Construído em alumínio anodizado. Anatômico acompanha protetor ocular. Não necessita de refrigeração porque não aquece.</p>
4	3	UN	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO</p> <p>30 LITROS, 220 V -1. Pistão, Isento de Óleo, Monofásico 220V, Unidade compressora em ferro fundido. -2. RPM: 1730. -3. Pressão de</p>



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco - CEP. 19.700-000 - Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

			Operação: Mínima: 80 lbf/pol ² - 5,5 bar Máxima: 120 lbf/pol ² - 8,3 bar. -4. Motor Potência: 1 hp - 0,75 kW N° de Polos: 4. -5. Unidade Compressora N° de Estágios:1 N° de Pistões: 2 em V. -6. Volume do Reservatório: 30 L Peso Líquido com motor: 42 Kg Ruído: 78 dB (A) - Medido a 1 metro de distância, com fundo de 65 dB (A). 220 v
5	10	UN	MOCHO ODONTOLÓGICO Base giratória. Sistema de elevação do assento através de pistão a gás, com alavanca lateral para acionamento ergonomicamente localizada, que permite maior praticidade e rapidez no ajuste da posição. Estofamentos do Encosto e Assento com linhas arredondadas e curvaturas anatômicas, confeccionados em material polímero (tipo colmeia) resistente e confortável, revestidos com PVC de superfície lisa e sem costuras. Base consistente e durável apoiada por cinco rodízios de alta resistência. Estrutura metálica com tratamento contra oxidação e pintura lisa.
6	4	UN	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLÓGICO BIVOLT, POTENCIA 35W, RESERVATÓRIO PARA PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO, SISTEMA PIEZOELÉTRICO, PROFISSIONAL.

CASO HAJA INTERESSE EM PARTICIPAR DA PRESENTE COTAÇÃO, SOLICITAR CHAVE DE ACESSO ATRAVÉS DO E-MAIL: cotacao@eparaguacu.sp.gov.br.

PARA MAIS INFORMAÇÕES OU QUESTIONAMENTOS ENTRAR EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE COMPRAS PELO TELEFONE (18) 3361-9100 (RAMAL 9164) OU PELO E-MAIL: thales.silva@eparaguacu.sp.gov.br.