



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco

Fone: (18) 3361-9100 – CEP. 19.700-000 - CNPJ 44.547.305/0001-93

Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 30 de abril de 2014.

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REF.: PREGÃO Nº 028/2014

Prezados Senhores.

Tendo em vista, e-mail enviado a esse Departamento, pela empresa **Inter C.T.I. Comércio e Serviços Ltda.**, a respeito do item 77, solicitando esclarecimento, temos a informar:

Pergunta: O edital solicita: Monitor LCD colorido de no mínimo 12” – Solicitamos à instituição que aceite a sugestão de alteração para monitor LCD colorido de no mínimo 12” TOUCHSCREEN” .

Resposta: Não será possível alterar o presente edital, tendo em vista que a especificação solicitada no edital, já passou por uma ampla análise do Departamento de Saúde, onde verificou-se qual o tipo de equipamento que atende as necessidades, com o maior numero possível de empresas participantes.

Pergunta: O edital solicita: PLV (neonatal) assistida” – solicitamos à instituição que aceite a sugestão de alteração para PLV ou TCPLV (neonatal) assistida...”

Resposta: Não será possível alterar o presente edital, tendo em vista que a especificação solicitada no edital, já passou por uma ampla análise do Departamento de Saúde, onde verificou-se qual o tipo de equipamento que atende as necessidades, com o maior numero possível de empresas participantes

Pergunta: O edital solicita: ventilação controlada a pressão com volume assegurado...” – Solicitamos à instituição que aceite a sugestão de exclusão do texto.

Resposta: Não será possível alterar o presente edital, tendo em vista que a especificação solicitada no edital, já passou por uma ampla análise do Departamento de Saúde, onde verificou-se qual o tipo de equipamento que atende as necessidades, com o maior numero possível de empresas participantes

Pergunta: O edital solicita Mensagem de alerta: relação invertida, pressão limite, pressão limitada” – solicitamos à instituição que aceite a sugestão de exclusão do texto.

Resposta: Não será possível alterar o presente edital, tendo em vista que a especificação solicitada no edital, já passou por uma ampla análise do Departamento de Saúde, onde verificou-se qual o tipo de equipamento que atende as necessidades, com o maior numero possível de empresas participantes

Pergunta: O edital solicita Bateria interna: recarregável com autonomia de no mínimo 45 minutos(com carga total) – solicitamos á instituição que aceite a sugestão de alteração



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco

Fone: (18) 3361-9100 – CEP. 19.700-000 - CNPJ 44.547.305/0001-93

Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

pra: bateria interna: recarregável com autonomia de no mínimo 180 minutos (com carga total) com entrada para bateria externa”

Resposta: Não será possível alterar o presente edital, tendo em vista que a especificação solicitada no edital, já passou por uma ampla análise do Departamento de Saúde, onde verificou-se qual o tipo de equipamento que atende as necessidades, com o maior numero possível de empresas participantes

Pergunta: O edital solicita Válvula reguladora de pressão na rede incorporadora ao equipamento” – solicitamos à instituição que aceite a sugestão de alteração para: válvula regulada de pressão na rede incorporada ou adicionada ao equipamento”

Resposta: Não será possível alterar o presente edital, tendo em vista que a especificação solicitada no edital, já passou por uma ampla análise do Departamento de Saúde, onde verificou-se qual o tipo de equipamento que atende as necessidades, com o maior numero possível de empresas participantes

Pergunta: Célula para medição de O2 com intermediário e cabo” – solicitamos à instituição que aceite a sugestão de alteração para célula para medição de O2 com intermediário e cabo (se aplicável)”

Resposta: Não será possível alterar o presente edital, tendo em vista que a especificação solicitada no edital, já passou por uma ampla análise do Departamento de Saúde, onde verificou-se qual o tipo de equipamento que atende as necessidades, com o maior numero possível de empresas participantes

Pergunta: O edital solicita: câmara transparente autoclavável com capacidade aproximada de 400 ml de água” – solicitamos à instituição que aceite a sugestão de alteração para: câmara transparente autoclavável com capacidade aproximada de 250 ml de água”

Resposta: Não será possível alterar o presente edital, tendo em vista que a especificação solicitada no edital, já passou por uma ampla análise do Departamento de Saúde, onde verificou-se qual o tipo de equipamento que atende as necessidades, com o maior numero possível de empresas participantes

Pergunta: O edital não menciona acessórios: 01 umidificador aquecido com alarme de alta temperatura, 01 braço articulado, 01 pedestal, 01 circuito paciente pediátrico/adulto autoclavável, 01 circuito paciente neonatal/pediátrico autoclavável, 02 válvulas de exalação ou sistema equivalente, 06 sensores de fluxo esterilizáveis” – solicitamos à instituição que aceite a sugestão de inclusão do texto

Resposta: Na especificação já consta os acessórios necessários.

Na certeza de termos prestado o esclarecimento solicitado, cujo teor deu-se conhecimento aos demais interessados, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Ricardo Cordeiro Custodio
Pregoeiro