



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco

Fone: (18) 3361-9100 – CEP. 19.700-000 - CNPJ 44.547.305/0001-93

Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 17 de outubro de 2014.

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REF.: PREGÃO Nº 081/2014

Prezados Senhores.

Tendo em vista, e-mail enviado a esse Departamento, pela empresa **Siemens Ltda.**, solicitando esclarecimento sobre o edital, temos a informar:

Solicita o edital: "Espessura do detector 15 mm ou menor."

Esclarecimento: Cada fabricante possui sua particularidade no projeto de seu equipamento, sendo que este tipo de característica solicitada é muito específica e acabaria por restringir a participação de vários concorrentes. **Solicitamos que este trecho seja alterado para detector com área ativa de 35cm x42cm.**

Servimo-nos da presente para apresentar nosso pedido de esclarecimento, conforme segue:

1. *Podemos considerar que empresas que não atenda plenamente ao requisitos técnico elencado no edital e acima destacado, tal como a Siemens que possui solução similar ao solicitado pelo órgão, poderá participar da licitação sem que seja desclassificada tecnicamente?*

Resposta: Sim, desde que a solução similar não afete a qualidade final do produto.

2. *Caso não seja este o entendimento: qual a justificativa técnica imprescindível para manutenção da característica específica que faz com que apenas a Siemens seja alijada do certame?*

Resposta: Prejudicada

Na certeza de termos prestado o esclarecimento solicitado, cujo teor deu-se conhecimento aos demais interessados, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Ricardo Cordeiro Custodio

Pregoeiro